

Πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 60ml
προγεμισμένο με **20ml ουδέτερης buffer φορμόλης (10% NBF)** κατάλληλο για την συλλογή και μεταφορά ιστολογικών παρασκευασμάτων.
Να φέρει ειδική σχεδίαση με την οποία η φορμόλη να είναι συγκεντρωμένη στο κάτω μέρος του δοχείου, ενώ στο πάνω μέρος του δοχείου να υπάρχει ειδικά σχεδιασμένη περιοχή όπου κατά το άνοιγμα του δοχείου να τοποθετείται το ιστολογικό παρασκεύασμα σε ασφαλή περιοχή με μηδενική διαρροή αναθυμιάσεων της φορμόλης (zero formalin exposure) για το προσωπικό του χειρουργείου ή των ενδοσκοπικών τμημάτων που εκτελούν ιστολογικές εκτομές. Η απελευθέρωση και άμεση εισαγωγή του ιστού εντός της φορμόλης (στο κάτω μέρος του δοχείου) να επιτελείται άμεσα μετά το πλήρες βίδωμα του καπακιού του δοχείου, το οποίο να κλείνει ερμητικά, με απόλυτη ασφάλεια από τη διαρροή υγρών και αναθυμιάσεων. Στο σώμα του δοχείου να παρέχεται μεγάλη περιοχή επικόλλησης ετικέτας με τα στοιχεία του περιστατικού.

Πλαστικό δοχείο χωρητικότητας **60ml** προγεμισμένο με **10ml ουδέτερης buffer φορμόλης (10% NBF συγκέντρωσης 8% φορμαλίνης) & 10ml PBS** κατάλληλο για την συλλογή και μεταφορά ιστολογικών παρασκευασμάτων. Να φέρει ειδική σχεδίαση με την η ποσότητα των 10ml ουδέτερης buffer φορμόλης συγκέντρωσης 8% να είναι συγκεντρωμένη στο κάτω μέρος του δοχείου, ενώ στο πάνω μέρος του δοχείου να υπάρχει ειδικά σχεδιασμένη περιοχή που να περιέχει 10ml PBS. Κατά το άνοιγμα του δοχείου να τοποθετείται το ιστολογικό παρασκεύασμα εντός της περιοχής με το PBS με μηδενική διαρροή αναθυμιάσεων της φορμόλης (zero formalin exposure) για το προσωπικό του χειρουργείου ή των ενδοσκοπικών τμημάτων που εκτελούν ιστολογικές εκτομές. Η απελευθέρωση και άμεση εισαγωγή του ιστού μετά του PBS εντός της φορμόλης (στο κάτω μέρος του δοχείου) να επιτελείται άμεσα μετά το πλήρες βίδωμα του καπακιού του δοχείου, το οποίο να κλείνει ερμητικά, με απόλυτη ασφάλεια από τη διαρροή υγρών και αναθυμιάσεων. Μετά την μεταφορά του ιστού και του PBS στο κάτω μέρος του δοχείου εντός τη φορμόλης, ο συνολικός όγκος του υγρού της φορμόλης να ανέρχεται σε 20ml ουδέτερης buffer φορμόλης συγκέντρωσης 4%. Στο σώμα του δοχείου να παρέχεται μεγάλη περιοχή επικόλλησης ετικέτας

Πλαστικό δοχείο χωρητικότητας **150ml** προγεμισμένο με **60ml** ουδέτερης **buffer** φορμόλης (10% NBF) κατάλληλο για την συλλογή και μεταφορά ιστολογικών παρασκευασμάτων. Να φέρει ειδική σχεδίαση με την οποία η φορμόλη να είναι συγκεντρωμένη στο κάτω μέρος του δοχείου, ενώ στο πάνω μέρος του δοχείου να υπάρχει ειδικά σχεδιασμένη περιοχή όπου κατά το άνοιγμα του δοχείου να τοποθετείται το ιστολογικό παρασκεύασμα σε ασφαλή περιοχή με μηδενική διαρροή αναθυμιάσεων της φορμόλης (zero formalin exposure) για το προσωπικό του χειρουργείου ή των ενδοσκοπικών τμημάτων που εκτελούν εκτομές. Η απελευθέρωση και άμεση εισαγωγή του ιστού εντός της φορμόλης (το κάτω μέρος του δοχείου) να επιτελείται μέσα μετά το πλήρες βίδωμα του καπακιού του δοχείου, το οποίο να κλείνει ερμητικά, με ασφάλεια από τη διαρροή υγρών και αναθυμιάσεων. Στο σώμα του δοχείου να παρέχεται μεγάλη περιοχή επικόλλησης τας ή αναγραφής των στοιχείων του περιστατικού.

Πλαστικό δοχείο χωρητικότητας **500ml** προγεμισμένο με **115ml** ουδέτερης **buffer** φορμόλης (10% NBF συγκέντρωσης **8% φορμαλίνης**) & **115ml** PBS κατάλληλο για την συλλογή και μεταφορά ιστολογικών παρασκευασμάτων. Να φέρει ειδική σχεδίαση με την οποία η ποσότητα των 115ml ουδέτερης buffer φορμόλης συγκέντρωσης 8% να είναι συγκεντρωμένη στο κάτω μέρος του δοχείου, ενώ στο πάνω μέρος του δοχείου να υπάρχει ειδικά σχεδιασμένη περιοχή που να περιέχει 115ml PBS. Κατά το άνοιγμα του δοχείου να τοποθετείται το ιστολογικό παρασκεύασμα εντός της περιοχής με το PBS με μηδενική διαρροή αναθυμιάσεων της φορμόλης (zero formalin exposure) για το προσωπικό του χειρουργείου ή των ενδοσκοπικών τμημάτων που εκτελούν ιστολογικές εκτομές.

Η απελευθέρωση και άμεση εισαγωγή του ιστού μετά του PBS εντός της φορμόλης (στο κάτω μέρος του δοχείου) να επιτελείται άμεσα μετά το πλήρες βίδωμα του καπακιού του δοχείου, το οποίο να κλείνει ερμητικά με απόλυτη ασφάλεια από τη διαρροή υγρών και αναθυμιάσεων. Μετά την μεταφορά του ιστού και του PBS στο κάτω μέρος του δοχείου εντός τη φορμόλης, ο συνολικός όγκος του υγρού της φορμόλης να ανέρχεται σε 230ml ουδέτερης buffer φορμόλης συγκέντρωσης 4%. Στο σώμα του δοχείου να παρέχεται μεγάλη περιοχή επικόλλησης ετικέτας με τα στοιχεία του περιστατικού."

Το ανωτέρω είδος να:

- 1) Να φέρει την ένδειξη CE-IVD.
- 2) Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 18 μηνών.
- 3) Κάθε συσκευασία δοχείων να συνοδεύεται απαραίτητα από οδηγίες χρήσης στην Ελληνική."