

1. Φορεία μεταφοράς ασθενών βαρέως τύπου- υδραυλικά.

Παραγγελία **6 (έξι) τεμάχια.**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Το φορείο να είναι καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση. Το σύνολο της κατασκευής να είναι αξιόπιστο και ανθεκτικό, από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής, ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες μεταφοράς ασθενών.
2. Το ασφαλές φορτίο λειτουργίας του φορείου (μαζί με το στρώμα) είναι περίπου 180kg.
3. Το φορείο κινείται με 4 τροχούς διαμέτρου 20cm περίπου, όλοι με φρένο για την πλήρη ακινητοποίηση του.
4. Να είναι υδραυλικό. Ο έλεγχος των υδραυλικών γίνεται με ποδομοχλό από την πλευρά της κεφαλής.

5. Ο σκελετός του φορείου να είναι μεταλλικός εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι INOX 304, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, ανθεκτικό στις απολυμάνσεις. Να μην οξειδώνετε.
6. Το φορείο να διαθέτει πτυσσόμενα πλαίσια προστατευτικά κάγκελα ανοξείδωτα, με απλό μηχανισμό ανύψωσης και ασφάλισης, τα οποία μπορούν να σταθεροποιηθούν αναδιπλούμενα κάτω από την επιφάνεια κατάκλισης ώστε να υπάρχει πλήρης και εύκολη πρόσβαση στον ασθενή και να διευκολύνεται η μεταφορά του από το φορείο.
7. Η επιφάνεια κατάκλισης είναι στιβαρή από ανοξείδωτο ατσάλι και μπορεί να πλένεται και να απολυμαίνεται με όλα τα γνωστά και εγκεκριμένα καθαριστικά και απολυμαντικά.
8. Οι κινήσεις των τμημάτων του φορείου εκτελούνται ως εξής : η κίνηση του τμήματος της πλάτης γίνεται μέσω μηχανισμού σκαλιέρας από 0-70 μοίρες περίπου . Η αυξομείωση του ύψους του φορείου να γίνεται υδραυλικά από έναν ποδομοχλό στη βάση του φορείου, από 50-90cm $\pm$ 5 cm.
9. Το φορείο φέρει προσκρουστήρες και στις 4 γωνίες του για να αποφευχθούν ζημιές είτε στο φορείο, είτε στους τοίχους και αλλού.
10. Το στρώμα του φορείου είναι από αφρώδες υλικό πάχους 10cm περίπου, αδιάβροχο με προσθαφαιρούμενο, βραδύκαυστο και αντιμικροβιακό κάλυμμα. Να μπορεί να απολυμαίνεται με όλα τα γνωστά και εγκεκριμένα καθαριστικά και απολυμαντικά. Επίσης είναι κατάλληλο και για πολύωρη παραμονή του ασθενούς στο φορείο.
11. Το φορείο συνοδεύεται από ένα στατώ ορών και υποδοχές στατώ και στις 4 γωνίες του φορείου, μια ανοξείδωτη βάση για φιάλη οξυγόνου στο κάτω μέρος του φορείου και ράφι για τοποθέτηση προσωπικών αντικειμένων του ασθενούς.
12. Οι τελικές διαστάσεις του φορείου είναι περίπου 196cm x 66cm $\pm$ 5 cm και η επιφάνεια κατάκλισης είναι περίπου 190 X 60cm $\pm$ 2 cm.
13. Τα εν λόγω προϊόν να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και φέρουν την προβλεπόμενη πιστοποίηση CE MARK, ISO 9001, ISO 13485 και Υπουργικής Απόφασης ΑΥ88/Γ.Π. οικ/1348/2004.

14. Να κατατεθεί εγγύηση για την καλή λειτουργία του εν λόγω εξοπλισμού για δυο (02) έτη τουλάχιστον, καθώς και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον. Να υπάρχει δήλωση ότι κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του εν λόγω εξοπλισμού, προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του καθώς και ότι δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά έξοδα.

15. Η προσφορά να συνοδεύεται από σχετικό Prospectus όχι φωτογραφίες.

Παραγγελία 6 (έξι) τεμάχια.