

1) Να πληρεί προδιαγραφές των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων  
κατά ISO 13485: 2016 και ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015

2) Χαρακτηριστικά :

- Περιστροφή καθίσματος 360°.
- Ηλεκτρική κίνηση UP-Down με ποδοδιακόπτη.
- Χειροκίνητη κλίση πλάτης.
- Θέση πλάτης από κάθετη θέση έως και το οριζόντιο επίπεδο (Trendelenburg)  
ή και έως -20 μοίρες από το οριζόντιο επίπεδο.
- Τα μπράτσα της καρέκλας να μπορούν να μετακινούνται.
- Προσκέφαλο επεκτεινόμενο μπροστα, πίσω, πάνω , κάτω.
- Ανύψωση ασθενούς με βάρος έως 150 kg .
- Να διαθέτει ταπετσαρία από δερματίνη υψηλής αντοχής, και ποιότητας από  
ανθεκτικό υλικό.
- Να είναι στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας έως και 2 έτη για βλάβες που δεν οφείλονται σε  
κακή χρήση.

3) Ενδεικτική δαπαάνη προμήθειας : 2600 ευρώ + Φ.Π.Α.  
( συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και μεταφοράς της στο νοσοκομείο )

---