

Τεχνικές προδιαγραφές

Αυχενικό κολάρο από αεριζόμενο υλικό (plastazote) 12mm + ή - 1mm. Να αποτελείται από δύο τμήματα που να εφαρμόζουν με αυτοκόλλητο Velcro για εύκολη προσαρμογή για την ακινητοποίηση της κάτω γνάθου και του ινιακού οστού. Να μπορεί να εφαρμοστεί σε ύπτια ή ορθή θέση. Να εξασφαλίζει σταθερή στήριξη και σωστή εφαρμογή. Ύψος κολάρου 11cm + ή - 1cm. Να είναι ακτινοδιαπερατό. Να σταλεί δείγμα .

ΤΕΠ προϊόν για 6 μήνες.