

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια πέντε (5) μειωτήρων πίεσης (ρυθμιστή) οξυγόνου για φιάλη O₂, με έξοδο λήψης γαλλικού τύπου (AFNOR) => δύο (2) για Παθολογική κλινική & τρεις (3) για ΜΤΝ.

-Υλικό κατασκευής: Σώμα από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο ατσάλι. Στεγανοποιητικά κατάλληλα για O₂. Μανόμετρο ακριβείας.

-Σύνδεση εισόδου συμβατή με φιάλη O₂ πίεσης πλήρωσης φιάλης έως 200-300 bar.

-Έξοδος συμβατή με "γαλλικό τύπο" (AFNOR).

-Πίεση εξόδου, ρυθμιζόμενη μεταξύ 4-5 bar.

-Παροχή αερίου τουλάχιστον 0-15L/min.

-Θα φέρει ενσωματωμένο Μανόμετρο υψηλής πίεσης, ατσάλινο/ορειχάλκινο περίβλημα με διαβάθμιση έως 0 - 200/300 bar και Μανόμετρο πίεσης εξόδου (πχ 0 - 10 bar).

-Ασφάλεια: Θα φέρει ενσωματωμένη βαλβίδα υπερπίεσης. Συμμόρφωση με πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.

-Θα έχει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις/ασφάλειες για ιατρική χρήση, ιατρικά αέρια.

Συμμόρφωση με ISO 10524-1 για ιατρικούς ρυθμιστές αερίων και με EN ISO 2503 για ρυθμιστές φιαλών.