



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
5^η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τ.Ε.Π.

Ταχ. Δ/ση: Τέρμα Ταυρωπού
43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Επικοινωνία: 2441351528
Email: tep@1139.syzefxis.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αρ. πρωτ. 2691
Ημερ. 17/2/2026

ΕΠΕΙΓΟΝ
Καρδίτσα, 17/02/2026

ΠΡΟΣ : Διαχείριση Υλικού

Θέμα: Αίτηση χορήγησης υλικού- Παραγγελία σετ μετατροπέα (TRANSDUCER) για το ΤΕΠ.

Σετ μετατροπέα (TRANSDUCER) με δυνατότητα συνεχούς έκλυσης (MONITORING KIT WITH DISPOSABLE TRANSDUCER).

Τεχνικές Προδιαγραφές

Σετ μετατροπέα (TRANSDUCER) με δυνατότητα συνεχούς έκλυσης (monitoring kit with disposable transducer). Θα πρέπει να προσαρμόζονται στα υπάρχοντα φορητά monitors NIHON KOHDEN SVM-7523 που υπάρχουν στο ΤΕΠ χωρίς να χρειαστεί η αγορά καλωδίων, συνδετικών κλπ. Να έχει ικανού μήκους γραμμή περίπου 1 μέτρου. Η συσκευή να είναι προσυναρμολογημένη με σύστημα στήριξης. Να συνοδεύονται από 3 (τρία) αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης με τα υπάρχοντα monitor MONITOR NIHON KOHDEN svm-7523. Να προσφερθεί δείγμα.

Παραγγελία 150 (εκατό πενήντα) τεμάχια.

Stock τμήματος 15(δεκαπέντε) τεμάχια

Το συγκεκριμένο υλικό δεν κατοχυρώθηκε στον διαγωνισμό της ΜΕΘ που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2025 , καθώς υπήρξε μόνο μια πρόσφορα με υπέρβαση τιμής. Οι ποσότητες αυτές θα καλύψουν τις ανάγκες του ΤΕΠ περίπου για 12 μήνες. Τα συγκεκριμένα υλικά χρησιμοποιούνται επί του πλείστον στους διασωληνωμένους ή βαριά πάσχοντες ασθενείς για συνεχή παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης με σύνδεση σε monitor.

Παρακαλούμε για τις δίκες σας άμεσες ενέργειες και είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο Προϊστάμενος ΤΕΠ

ΔΗΜ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΙΔΗΣ

Σελίδα 1 από 1

Η Διευθύντρια ΤΕΠ

ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΒΥΡΝΗΝΙΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΡΧ. ΤΕΠ
Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΜΚΑ 1139