ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ 22G, 20G Κατηγορίας class iib να διαθέτει απαραιτήτως τα εξής χαρακτηριστικά:.
1. Αυτόματο μηχανισμό ασφαλούς κάλυψης της άκρης της βελόνας κατά της απομάκρυνσής της μετά την φλεβοκέντηση, για προστασία των επαγγελματιών χρηστών από τρυπήματα και έκθεση στα βιολογικά υγρά (αίμα) των ασθενών.
2. Να φέρει ειδικό διαφανή θάλαμο οπτικής επισκόπησης επιστροφής αίματος για επιβεβαίωση επιτυχούς παρακέντησης.
3. Να φέρει ενσωματωμένη εύκαμπτη διαφανή προέκταση πολυουρεθάνης 12cm περίπου, που να καταλήγει σε 3way Y με κεντρικό κλείδωμα, το ένα άκρο του 3way να φέρει βαλβίδα κλειστού κυκλώματος ασφαλείας τύπου clave (επίπεδης επιφάνειας από σιλικόνη, με εσωτερική ακίδα σύνδεσης με πλάγιες οπές) που να επιτρέπει την άμεση σύνδεση/αποσύνδεση συσκευών ορού καθώς επίσης και την άμεση σύνδεση/αποσύνδεση απλών και βιδωτών συρίγγων χωρίς βελόνα, το άλλο άκρο του 3way να φέρει φίλτρο αέρος και καπάκι.
4. Να φέρει ενσωματωμένα και μη αποσπώμενα φαρδιά πτερύγια στήριξης.
5. Να είναι απαραιτήτως Κατηγορίας class iib κατάλληλο για την χορήγηση ογκολογικών φαρμάκων, υγρών, φαρμάκων, μετάγγιση αίματος και συμβατό με υψηλές πιέσεις (23bar ή 330psi).
6. Να διατίθεται με καθετήρα πολυουρεθάνης, μακράς παραμονής, με βελόνα 22G με μήκος βελόνας 25mm και ροή 31 ml/min και με βελονα 20G μήκους 25mm και ροή 59ml/min (LATEX & PVC FREE)
7. Η Ευκολία, Πρακτικότητα, Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα επιτυχούς φλεβοκέντησης, θα ληφθούν υπόψιν κατά την αξιολόγηση των δειγμάτων. (Απαραίτητη η προσκόμιση 2 δειγμάτων για αξιολόγηση).
ΤΕΜΑΧΙΑ 200

2) ΤΡΟΚΑΡ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΤΑΤΙΚΩΝ
Τα παρακάτω είδη θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά μεταξύ τους να συνοδεύονται από δήλωση και μελέτες της κατασκευαστικής εταιρείας σχετικά με την καταλληλότητα τους για χρήση με κυτταροστατικά φάρμακα. Να προσκομιστούν επί ποινή απόρριψης οι παρακάτω μελέτες:
α) Μελέτη συμβατότητας με τα κυτταροστατικά (Πίνακας συμβατών φαρμακευτικών ουσιών),
β) Μελέτη διασφάλισης μικροβιακής επιμόλυνσης του περιέκτη
γ) Μελέτη εγκλωβισμού των αερίων.
Επίσης να είναι συμβατά για χρήση και με ηλεκτρικές αντλίες και να διαθέτουν κωδικό ΟΝΒ ΚΑΙ CE MARK.

2.1) ΤΡΟΚΑΡ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (φούσκα).Να φέρει θάλαμο εγκλωβισμού πτητικών αερίων (φούσκα). Να αποτρέπει την επαφή του εσωτερικού του φιαλιδίου με το εξωτερικό περιβάλλον και αντίστροφα. Να εξασφαλίζει την υδατοστεγή και αεροστεγή μεταφορά του φαρμάκου από και προς το περιβάλλον. Το τροκάρ να προσαρμόζεται σε κάθε τύπο φιαλιδίου. Να φέρει βαλβίδα κυκλώματος ασφαλείας τύπου clave, με κατάλληλη ακίδα ώστε να αποτρέπεται η αλληλεπίδραση με τα φάρμακα και ταυτόχρονα να επιτρέπει την συνολική αναρρόφησή τους από το εσωτερικό του φιαλιδίου. Να διατίθεται μεμονωμένα ή σε σετ των 5 τεμαχίων για ευκολία στη χρήση και οικονομία. Αποστειρωμένο. Να είναι συμβατά με τα εξαρτήματα κλειστού συστήματος ασφαλούς διάλυσης και χορήγησης κυτταροστατικών που υπάρχουν στο Stock της κλινικής. Το τροκάρ θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ONB, CEMARK.(δείγμα)
Τεμάχια: 500 ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 7,5

2.2) Ειδική κλειστή περιστρεφόμενη βαλβίδα maleluer για τοποθέτηση και ασφάλιση αρσενικών Luer (σύριγγα) με αυτόματο άνοιγμα της βαλβίδας όταν συνδεθεί με female Luer και αυτόματο κλείσιμο κατά την αποσύνδεση. Κατάλληλη για χρήση τουλάχιστον 100 συνδέσεις . Να περιέχει πώμα φύλαξης και μεταφοράς, να μην δύναται να αποσυνδεθεί από βιδωτό Luer, (σύριγγα)αφού συνδεθεί. Να διατίθεται μεμονωμένα ή σετ έως 10 τεμαχίων, για ευκολία στη χρήση, και οικονομία. Να διατίθεται με βιδωτή σύριγγα διαφόρων ml.,να διαθέτει κωδικό ONB και CE mark.(δείγμα)
ΤΕΜΑΧΙΑ 500 ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 2,25

2.3) Τροκάρ ασκών ορού κλειστού άκρου με πλάγιες οπές. Να είναι δυο κατευθύνσεων για ασφαλή εμπλουτισμό και χορήγηση κυτταροστατικών. Να φέρει στιβαρό και ομόκεντρο ρύγχος διάτρησης κλειστού άκρου με πλάγιες οπές (Για αποφυγή διάτρησης του μαλακού μέρους της συσκευασίας του ασκού και ομαλής ροής των υγρών/ φαρμάκων) με άκαμπτα πτερύγια ώθησης. Να φέρει βαλβίδα κλειστού κυκλώματος ασφαλείας τύπου clave (επίπεδης επιφάνειας, με εσωτερική ακίδα σύνδεσης με πλάγιες οπές). Να διατίθεται μεμονωμένα ή σετ εώς 5 τεμαχίων για ευκολία στη χρήση και οικονομία . Να διαθέτει κωδικό ONB ΚΑΙ CE MARK (δείγμα) ΤΕΜ. 200 ΤΙΜΗ ΜΟΝ.1,2

3) Μάσκες υψηλής προστασίας αναπνοής με φίλτρο κατηγορίας III PPE για αποφυγή εισπνοής κυτταροστατικών. Να φέρουν βαλβίδα εκπνοής ώστε να επιτρέπουν την εύκολη και άνετη αναπνοή . Διαθέτουν λάστιχο για τέλεια εφαρμογή, ενισχυμένες και να έχουν βαλβίδα επικάλυψης φίλτρου. Να είναι είναι κατάλληλες για πλήρη προστασία απέναντι σε χημικούς, βιολογικούς παράγοντες και βακτήρια. Να πληρούν τις παρακάτω οδηγίες :
A) 50×MAC/OEL/TLV 20Xapf
B) CFFP3 DIV
C) EN 149-2001
D) CFOO86
(δείγμα) ΤΕΜΑΧΙΑ 150 ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1,9

4)Αυτοσφραγιζόμενοι σάκοι μεταφοράς συστημάτων χορήγησης κυτταροστατικών φαρμάκων, να είναι κατάλληλα και για φωτοευαίσθητα. Διαστάσεις 30×50εκ.±5εκ. (δείγμα) ΤΕΜΑΧΙΑ 60 ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 0,72

5) Συσκευή παρεντερικής διπλής χορήγησης αίματος και παραγώγων αυτού, υγρών διαλυμάτων, φαρμάκων και λιπιδίων PlumSet, συμβατή με τις ηλεκτρονικές αντλίες τύπου PLUM του νοσοκομείου.

Η συσκευή να έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει δύο διαφορετικά διαλύματα/φάρμακα ταυτόχρονα και διακεκομμένα με διαφορετικούς ρυθμούς χορήγησης ρυθμιζόμενους από την αντλία. Η δευτερεύουσα χορήγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από περιέκτη ή σύριγγα.

Η συσκευή να διαθέτει:

Δύο ανθεκτικά διατρητικά ρύγχη με κάλυμμα, χωρίς αεραγωγό, σε διάταξη Y.

Διαφανή σταγονομετρικό κύλινδρο (1 ml = 20 σταγόνες), με φίλτρο 200 μ στο κάτω μέρος αυτού

Κασέτα με αεροπαγίδα 1 ml

Αφαίρεση του αέρα από τη γραμμή με σύνδεση κοινής σύριγγας στη γραμμή Β

Θύρα δευτερεύουσας χορήγησης με σύνδεσμο χωρίς τη χρήση βελόνας (γραμμή Β)

Σωλήνα ευρέως αυλού που να καταλήγει σε ελεύθερα περιστρεφόμενο luer lock

Τελικό άκρο σωλήνα με πώμα αεραγωγό φίλτρο

Μήκος συσκευής 270-280 cm

Όγκος εξαέρωσης 45-50 ml

Αποστείρωση με ακτινοβολία

Μιας χρήσης, ελεύθερη latex (LATEX FREE) και ελεύθερη πλαστικοποιητών (DEHP FREE)

Εσωτερικό της σωλήνωσης στείρο και ελεύθερο πυρετογόνων

Χρήση έως 96 ώρες.

Με οδηγίες χρήσης και στην Ελληνική γλώσσα ΤΕΜ.200