ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 1)Να διαθέτει την τυπική διάμετρο σωλήνα για ενήλικες (συνήθως 22mm) 2) Ο σωλήνας να είναι εσωτερικά λείος (αντί για σπιράλ/πτυχωτός) 3) Να περιλαμβάνει ενσωματωμένο ή συνοδευτικό φίλτρο Becterial/Viral για την προστασία του ασθενούς και της συσκευή από επιμολύνσεις. b/v FILTER)Φίλτρο Βακτηριδίων/Ιών) 4)Να διαθέτει ειδική βαλβίδα ή θύρα εκπνοής (Exhalation Valve / CO2 Leark Port) για την ααποβολή του διοξειδίου του άνθρακα 5) Να περιλαμβάνει ενσωματωμένο λεπτό σωληνάκι (Proximal Pressure/Monitoring PROX. LINE (Εγγύς γραμμή πίεσης) 6) Το συνολικό μήκος του κυκλώματος να είναι 190 cm +/- 10 cm. 7) Μα είναι αποστειρωμένο, latex free ατομικά συσκευασμένο 8)Να διαθέτουν σήμανση CE & να είναι σύμφωνα με το ISO και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 9) Να είναι συμβατό με μη επεμβατικό αναπνευστήρα PHILIPS V60 RESPIRONICS.