ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Για το είδος αισθητήρα Δακτύλου.Να μπορεί να προβλέψει υποτασικά επεισόδια πριν την εμφάνιση τους μέσω ειδικού δείκτη (δείκτης πρόβλεψης υπότασης, HPI). Για την αξιοπιστία της μεθόδου θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 κλινικές μελέτες. Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης καρδιακής παροχής (CO), καρδιακού δείκτη (CI), όγκου παλμού (SV), δείκτη όγκου παλμού (SVI), συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων (SVR), μεταβολή του όγκου παλμού (SVV), δείκτη συσταλτικότητας (dp/dt), συσταλτότητας αγγείων (Eadyn) και δείκτη πιθανότητας υπότασης (HPI). Θα πρέπει να διατίθεται σε ένα μέγεθος και να εφαρμόζει με scratch ώστε να είναι δυνατή η επανατοποθέτηση αν δεν έχει γίνει σωστή εφαρμογή . Να συνοδεύονται από monitor παρακολούθησης αιμοδυναμικών παραμέτρων.